HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Metrel Installatietesters Eurotest PV

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Installatietester |
| Spanningsmeting | Ja |
| Testspanning isolatieweerstand | 50 - 1000 V |
| Testen isolatiebewaking | Nee |
| Stroommeting | Nee |
| Meetstroom impedantie Zi | Ja |
| Geschikt voor stroommeting | Nee |
| Meetstroom impedantie Zs | Ja |
| Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars (type B) | Ja |
| Aardlekschakelaartest op stroom en tijd | Ja |
| Aardlekschakelaar autotest (RCD-test) | Ja |
| Lusmeting zonder RCD/FI-activering | Ja |
| Weerstand naar aarde zonder netspanning | Ja |
| Power Quality, harmonische | Ja |
| Metingen aan DC zijde (PV-installaties) | Ja |
| Ingebouwde hulpfunctie | Ja |
| Inlezen geheugenstructuur (bi-directoineel) | Ja |
| Scope 12 circuitimpendantie | Ja |
| Scope 12 spanningsverlies directe calculatie | Ja |
| Scope 12 laagohmige weerstand | Ja |
| Scope 12 aardlekschakelaartest type A | Ja |
| Scope 12 aardlekschakelaartest Type B | Ja |
| Scope 12 Rosp AC zijde | Ja |
| Scope 12 Uoc en Isc | Ja |
| Scope 12 polariteit | Ja |
| Scope 12 instraling | Ja |
| Scope 12 Riso DC zijde | Ja |
| Isolatieweerstandsmeting | Ja |
| Geschikt voor vermogensmeting | Nee |
| Varistortest | Nee |
| Weergavebereik | 2 - 10000 Ohm |
| Impedantiemeting Zi (L-N) | Ja |
| Weergavebereik impedantie Zi | 0.01 - 10000 |
| RCD/FI-test met toenemende lekstroom | Ja |
| Meting aanspreektijd (RCD) | Ja |
| PRCD-test type S, type K | Nee |
| Laagweerstandmeting | Ja |
| Grenswaarde-indicatie | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| NEN 1010 (oplevering PV-installaties) | Ja |
| Laagohmige weerstand meetbereik | 0.01 - 2000 Ohm |
| NEN-EN 62446 (opleveren PV-installaties) | Ja |
| Interface | Ja |
| Specifieke aardingsmeting | Nee |
| NEN-EN 61557 | Ja |
| Aardemeting | Ja |

Datum: 11 - 11 - 2026

**MI3108PS**

**MI3108ST**