

## Metrel Apparatentesters Omega GT

Naar productpagina



|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Merk   | Metrel                            |
| ETIM productklasse   | Apparatentester                   |
| Visuele inspectie  | Ja                                |
| Display  | LCD-kleurenscherm met touchscreen |
| Eigen visuele inspectie checklist                          | Ja                                |
| Automatische testprocedure                                 | Ja, programmeerbaar               |
| Programmeerwijze testprocedure                             | PC-software en Android app        |
| Indicatie/aanduiding                                       | Grafisch                          |
| Testspanning isolatieweerstand                             | 50 - 500 V                        |
| Grenswaarde-indicatie                                      | Ja                                |
| Helpfunctie  | Ja                                |
| Actief testen  | Ja                                |
| IEC Kabeltest  | Ja                                |
| Contactstroom  | Ja                                |
| Vermogensmeting  | Ja                                |
| Aansluiting voor externe meetadapter                       | Ja                                |
| Aansluiting voor lekstroomtang                             | Ja                                |
| Geheugentype   | SD-card                           |
| Android app  | Ja                                |
| Communicatie   | RS-232, USB, Bluetooth            |
| Rapportagesoftware   | Standaard                         |
| NEN 3140 (elektrische arbeidsmiddelen)                     | Ja                                |
| Voeding primair  | Netvoeding                        |
| Gewicht  | 6.1 kg                            |
| Testing according to IEC/EN 62353                          | Nee                               |
| Testen volgens IEC/EN 62353                                | Nee                               |
| Kalibratiecertificaat                                      | Ja                                |
| Testen van verlengingsleidingen                            | Ja                                |
| Testing according to IEC/EN 60974-4                        | Ja                                |
| Testen volgens IEC/EN 60974-4                              | Ja                                |
| Verschilstroommethode                                      | Ja                                |
| Meetwaardegeheugen   | Ja                                |
| Isolatieweerstandsmeebereik                                | 199.9 M Ohm                       |
| Uitvoering van de interface                                | USB-A                             |
| Printeruitgang   | Bluetooth                         |
| Automatisch testverloop                                    | Ja                                |
| Alternatieve methode                                       | Ja                                |
| Directe methode  | Ja                                |
| Spanningsmeting  | Ja                                |
| Geschikt voor gebruik door een geïnstrueerd personeel      | Nee                               |
| Te gebruiken door een voldoende onderricht personeel (VOP) | Nee                               |
| Aardingsweerstandsmeebereik                                | 1000 Ohm                          |
| Veiligheidsaarddraadstroom                                 | Ja                                |
| Printer geïntegreerd                                       | Nee                               |
| Verbruikerstroommeting                                     | Ja                                |
| Leakage current measuring DC                               | Nee                               |

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| MI3360    | MI3360    | Nee |
| MI336025A | MI336025A | Nee |
| MI3360M   | MI3360M   | Ja  |
| MI3360F   | MI3360F   | Nee |